

クロスエイトM輸注セット中の シリンジの滅菌方法変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より日本赤十字社の血液事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、「クロスエイトM」の輸注セット中のシリンジの滅菌方法が次のとおり変更になりますので、ご案内申し上げます。

今後とも国内献血による日本赤十字社の血漿分画製剤に一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

1. 変更内容

シリンジの滅菌方法が「ガンマ線滅菌」から「電子線滅菌」に変更になります。

個包装の表示変更については裏面をご覧ください。

2. 変更品の出荷予定時期について

変更品	変更開始管理番号	出荷予定時期
輸注セット	MK57	平成20年11月以降

※ 新製品の出荷時期は流通在庫の状況により多少前後することがありますので、ご了承ください。

3. お問い合わせ

最寄りの赤十字血液センター医薬情報担当者へお願いいたします。



